Desinfisering av mikroskopet.

Denton Mikroskopi
- Med fokus på mikroskoper

Okularer.
Etter hver bruker må okularene rengjøres.
Med 50% alkohol eller Denton linsevæske og linsepapir. Men ikke ved bruk av briller eller vernebriller.

Observasjonstubus.
Desinfisere kontaktflatene, ved å bruke overflate desinfiserende middel på en lofri klut/ våtserviett og tørk over.

Objektivrevolver og rundt objektivene.
Preparatholder og kryssbord.
Lysintensitetsbryter.
Desinfisere kontaktflatene, ved å bruke overflate desinfiserende middel på en lofri klut/ våtserviett og tørk over.

Kryssbordfører og Av/På bryter.
Desinfisere kontaktflatene, ved å bruke overflate desinfiserende middel på en lofri klut/ våtserviett og tørk over.

Retningslinjer ved desinfisering av mikroskopet.
Vi anbefaler hansker og vernebriller/ briller ved bruk av mikroskopet, for bedre smittevern. Uten verneutstyr, desinfiseres kontaktflatene, ved å bruke overflate desinfiserende middel på en lofri klut/ våtserviett og tørk over.